

[> Quadro informativo](#)

Quadro informativo

**Pregão Eletrônico N° 90059/2024** [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 928576 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**

Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

11/07/2024 09:38



Referente ao item 1 – DPD para determinação de cloro livre:

1. O reagente será utilizado em qual equipamento? Por gentileza, informar a marca e modelo do equipamento.

2. Considerando um reagente que já foi fornecido para o SAMAE por meio de pregão, onde já foram realizados testes e há um parecer técnico de compatibilidade do reagente, será necessário a apresentação de amostra?



1. Os testes com o reagente DPD para cloro livre serão realizados no colorímetro portátil Spectroquant Move Cloro, marca Merck (equipamento possui calibração externa);

2. É necessária a apresentação de amostras.

[Incluir esclarecimento](#)Acesso à
Informação